【科研採購】國立中興大學規格（規範）表

◎此案屬■財物 □勞務採購
◎此設備是否需使用220V之電源：□是■否(勞務採購，可免填寫)
◎是否允許供應大陸地區標的：□是■否(如允許者，須符合兩岸進口及貿易往來相關規定)

品名	單位	數量	規格及規範
共軛焦顯微鏡	臺	1	Sensofar Slynx2 1. 量測模式:共軛焦、白光干涉。 2. 光源:藍光及白色 LED 照明。 3. 垂直電動對焦範圍:20mm。 4. 6孔電動鼻輪:可同時安裝六顆物鏡，且切換物鏡自動收縮切換，提供保護措施。 5. 高精度電動載物台，XY 行程範圍125x75mm 6. 載物台配備三點機械平面調整裝置，可調節3度傾斜角。 7. 軟體可控制載物台進行3D 拼圖功能，可自動判斷對焦面、對焦後自動進行3D 拼接。 8. 配置顯微鏡控制器，可控制載物台 X.Y 軸移動、Z 軸升降。 9. 配置6顆物鏡，其中共軛焦鏡頭5x、10x、20x、50x、100x，白光干涉鏡頭10x 共軛焦鏡頭: 5x: 0.15NA、20mm WD 10x: 0.3NA、15.8mm WD 20x: 0.45NA、3mm WD 50x: 0.8NA、1mm WD 100x: 0.9NA、1mm WD 白光干涉鏡頭: 10x: 0.3NA、7.4mm WD 10. SensoPro 自動分析軟體一套:可自動分析輸出粗糙度數值。 11. 被動式氣浮防震桌一張(60x60cm)。 12. 電腦辦公桌一張(100x70x74cm)。 13. 分析用電腦(可允許大陸產地):CPUI7-14代、1TB SSD、32GB RAM、RTX5060顯卡。

※本規格表請投標廠商務必詳閱並核章。