

## 【科研採購】國立中興大學規格（規範）表

◎此案屬 ☒ 財物 ☐ 勞務採購

◎此設備是否需使用220V之電源：☐是 ☒否（勞務採購，可免填寫）

◎是否允許供應大陸地區標的：☐是 ☒否（如允許者，須符合兩岸進口及貿易往來相關規定）

品名	單位	數量	規格/規範
燃油泵浦	只	2	Submersible pump 出口壓力(MAX):>=20psig 出口流量(MAX):>=1000PPH 電源:28 VDC 燃油泵出口介面:AN837-10D， 可附轉接頭 需提供 FAA 8130表 適航許可證書
燃油泵浦	只	1	Inline pump 出口壓力:>=13psi 出口流量:>=1300PPH 電源:28 VDC 尺寸:203*132.3*91.4mm±5 mm
流量計	只	2	Turbine Flowmeter 測量流量範圍: 0.15 to 15.0 GPM(58.77 - 5877 PPH) @ 1.2 cSt 入出口連接介面: 5/8" AN External Thread End Fittings, 37° Flare 材質: 不鏽鋼 (Housing、Rotor、Ball Bearings) 訊號輸出: RF Pickoff, Amplified, 0- 5V Pulse Output 電氣連接介面: 3-Pin MS Connection 需提供文件: NIST CAL 表 Pressure Drop vs. Flow Rate curve k-factor vs. Flow Rate curve

※本規格表請投標廠商務必詳閱。